



Zapytanie ofertowe pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

---

Stegna, dnia. 06 lipca 2018r.

BZK.5543.1.2018

**WSZYSCY WYKONAWCY**

### ODPOWIEDZI

na pytania do Zapytania ofertowego pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

#### Pytanie 1

Czy zamawiający wydzieli do osobnego pakietu następujące punkty 1, 2 oraz 20

**Odp.: Nie.**

#### Pytanie 2

Czy Zamawiający mając na uwadze wytyczne KG PSP dot. defibrylatorów AED stosowanych w KSRG rezygnuje z pkt: „Możliwa praca w trybie szkoleniowym za pomocą elektrod treningowych”?

Uzasadnienie:

Wytyczne KG PSP Pkt 2. „Urządzenie nie jest równocześnie urządzeniem terapeutycznym” – informuje nas o tym, że zestawy szkoleniowe oparte o urządzenie kliniczne jak i zestawy kliniczne oparte o urządzenia szkoleniowe nie są zgodne z wymaganiami.

**Odp.: Zamawiający mając na uwadze zapisy Zał. nr 3 pkt 2 i 3 „Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym /Lipiec 2013r./, nie rezygnuje z zapisu „Możliwa praca w trybie szkoleniowym za pomocą elektrod treningowych”?**



Zapytanie ofertowe pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

---

### **Pytanie 3**

Czy zamawiający dopuści urządzenie z 7 letnią gwarancją?

**Odp.: Nie**

### **Pytanie 4**

Czy zamawiający opisując parametr „wysoka odporność na wodę, kurz” ma na myśli certyfikat IP55? Oraz na „uderzenia” ma na myśli certyfikat: odporność na wstrząs: IEC 68-2-27; 100 G oraz odporność na wibracje: MIL Std 810?  
Stopień ochrony – certyfikat zgodności PN-EN 60529.

**Odp.: Klasa IP – IP55, certyfikat zgodności PN-EN 60529, Odporność na wibracje – MIL-STD 810F.**

### **Pytanie 5**

Czy zamawiający zgodnie z wymogami Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego będzie wymagał elektrod Pediatricznych oddzielnych od elektrod dla dorosłych?

Czy w związku z wymogiem w wytycznych KSRG posiadania elektrod pediatricznych zamawiający zrezygnuje z przełącznika/kłucza pediatricznego w związku z dublowaniem rozwiązań zmieniających energię defibrylacji z dorosłych na dzieci. Defibrylatory wyposażone w elektrody pediatriczne automatycznie zmieniają swoje protokoły energetyczne, komendy głosowe tak by ratownik uzyskiwał informacje odnośnie pomocy dzieciom. Zostawienie wymogu „przełącznika/kłucza pediatricznego” i jednocześnie wymaganie zgodnie z wytycznymi elektrod pediatricznych, może doprowadzić do sytuacji w której, po podpięciu elektrod pediatricznych ktoś nie przełączy (przesunie przełącznika) i defibrylator nie będzie pracował w trybie pediatricznym lub sytuacji w której bez zastosowania elektrod pediatricznych dojdzie do defibrylacji na elektrodach dla dorosłych ale z trybem pediatricznym (mniejsza energia wyładowań)

**Odp.: Nie**

### **Pytanie 6**

Czy zamawiający dopuści urządzenie który impuls defibrylacyjny jest dostarczony do 10s od przerwania RKO?

**Odp.: Nie**



Zapytanie ofertowe pn.: „Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek OSP z terenu Gminy Stegna w ramach realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

---

**Pytanie nr 7**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości defibrylator AED z wbudowanym modułem komunikacji i podpowiedzi głosowych w języku Polskim, zamiast wbudowanego trybu szkoleniowego?

**Odp.: Nie**

**Pytanie nr 8**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości defibrylator AED z gotowością do 12 sekund od przerwania RKO?

**Odp.: Nie**

**Pytanie nr 9**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości defibrylator AED z automatycznym przechodzeniem w tryb pediatryczny bez konieczności użycia klucza ?

**Odp.: Nie**

**Pytanie nr 10**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości defibrylator AED w którym jest konieczność użytkowania oddzielnych elektrod dla dorosłych i dla dzieci (komplety elektrod w zestawie do defibrylatora)?

**Odp.: Nie**

**Pytanie nr 11**

Czy zamawiający dopuści wysokiej jakości defibrylator AED z okresem gwarancji do 40 miesięcy jednak z baterią o żywotności do 6 lat?

**Odp.: Nie**

*WÓJT*  
*Stegna*  
mgr Ewa Dąbska